

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**À empresa** Hobeco

A fim de tornar pública a resposta ao pedido de esclarecimento recebido para o Edital de Seleção Pública nº08/24, a Comissão de Licitação expõe:

**Questionamento:** Prezado(a) Senhor(a), boa tarde!

A empresa Hobeco Sudamericana Ltda, CNPJ: 03.548.170/0001-01, interessada em participar da Seleção Pública nº 08/2024, vem, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos:

### **1. Duplo sistema de comunicação para transmissão de dados (satélite GOES e por rede celular GSM)**

No subitem 2.1. letra c) do Anexo I - Termo de Referência, página 24 do Edital, informa que a Plataforma de coleta de dados deve possuir duplo sistema de comunicação para transmissão de dados (satélite GOES e por rede celular GSM), entretanto, não há nenhuma especificação técnica referente ao modem celular GSM.

Acreditamos que seja um erro material do Edital, pois tanto a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), quanto o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) não estão mais utilizando sistema de telemetria celular GSM, somente via satélite GOES.

Sendo assim, solicitamos informar se haverá necessidade do fornecimento de duplo sistema de comunicação para transmissão de dados, caso seja necessário, por favor solicitamos as especificações técnicas do modem celular GSM.

### **2. Sensor de nível d'água do tipo Radar**

O subitem 1.1 DO OBJETO, página 5 do Edital, apresenta uma tabela com o resumo e o quantitativo dos equipamentos que deverão ser fornecidos nesse projeto. Na página 24 do Anexo I - Termo de Referência apresenta a mesma descrição na tabela.

Tanto o item 1 quanto o item 2 dessa tabela informam que o sensor de nível d'água deve ser do tipo pressão absoluta, entretanto, o Termo de Referência apresenta as especificações técnicas tanto do sensor de nível do tipo pressão absoluta quanto do sensor de nível do tipo Radar.

Solicitamos definir qual tipo de sensor de nível d'água deverá ser fornecido neste projeto.

É importante ressaltar que no preço estimado do Edital está previsto o fornecimento do sensor de nível do tipo pressão absoluta, a inclusão de um sensor de nível adicional irá aumentar o custo da Plataforma Automática de Coleta de Dados (PCD).

Para que os licitantes possam se adequar a essas informações que serão esclarecidas, e para que possamos desenvolver uma proposta que atenda plenamente o Edital, em função do feriado de Sexta-feira Santa - dia 29 de março de 2024, por favor solicitamos uma prorrogação na data de abertura da referida Seleção Pública .

Sem mais para o momento e ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

**Resposta:** *Prezado fornecedor,*

*Obtivemos o seguinte retorno da equipe técnica:*

*Questionamento 1) Será aceito o fornecimento de transmissão pelo sistema GOES, desde que o mesmo garanta ID de transmissão com a NOAA.*

*Questionamento 2) O sensor de nível d'água a ser fornecido deverá ser do tipo pressão absoluta.*

*Devido a esse retorno da equipe técnica o edital será retificado em seguida.*

*Atenciosamente,*

Viçosa, 28/03/2024.

Comissão de Licitação  
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES