

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

À empresa Promega

A fim de tornar pública a resposta ao pedido de esclarecimento recebido para o Edital de Seleção Pública nº35/24, a Comissão de Licitação expõe:

Questionamento: A,

FUNARBE

A/C Comissão Especial de Licitação,

EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA no 35/2024

A empresa PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 11.909.227/0001-70, com sede na Rua Barão do Triunfo, 88 – Conj. 1402 - São Paulo/SP – CEP: 04602-000, vem através deste solicitar

ESCLARECIMENTO:

LOTE 2 – ITEM 63

Descrição: Kit de RT-PCR onestep para sondas taqman. Kit Mastermix para RT-qPCR, para a realização de PCR quantitativo com sondas Taqman em um único passo (onestep), Livre de endonucleases e exonucleases, Kit contendo Taq DNA Polimerase de início rápido, RNA transcriptase, dNTPs com dUTP, fornecido a uma concentração 2X. Kit para 500 reações. Compatível com o equipamento BIORAD CFX96. Prazo de validade de 12 meses após a data de entrega no laboratório. Unidade: Un. Quantidade: 15.

Questiona-se:

Qual o volume final de uma reação a ser considerado para o cálculo do quantitativo a ser ofertado (por exemplo, reações com volume final de 10 µL, reações com volume final de 20 µL)?

Peço então a compreensão de Vsa. Senhora, para que seja analisada esta solicitação.

Aguardo o esclarecimento,

PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Marcos Silveira, PhD

Field Scientific Specialist

Resposta: *Prezado fornecedor,*

Em contato com a equipe técnica recebemos o seguinte retorno:

"O volume final de reação considerado foi de 20 microlitros. "

Atenciosamente,

Viçosa, 07/06/2024.

Comissão de Licitação
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES